



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUINTA-FEIRA – 18 DE MAIO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 93

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS PÚBLICA:

- **PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023:** EMPRESA: JEAN MACIEL DOS SANTOS GOMES

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato
- Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro
- Tel: (77) 3473-1461



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUINTA-FEIRA
18 DE MAIO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 93

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Prefeitura Municipal de Macaúbas -BA
Rua Doutor Vital Soares, nº 268, 1º andar, Centro
CNPJ 13.782.461/0001-05



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sra. Jacqueline Silva do Bomfim – Secretária Municipal de Saúde.

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO PE 034 – 2023 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAUDOS POR TELERADIOLOGIA DE IMAGEM, ESPECIFICAMENTE LAUDOS EM RAIOS X DIGITAL, COM ADEQUAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E COMUNICAÇÃO DE REDES INTERNAS E WEB PARA USUÁRIOS DE REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAUBAS, QUE NECESSITEM DE DIAGNÓSTICOS EM SITUAÇÃO ELETIVA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.

Segue em Anexo pedido de impugnação protocolada pela empresa PRN SERVIÇOS DE RADIOLOGIA EIRELI, e pedido de esclarecimentos protocolado pela empresa JEAN GOMES LICITAÇÕES, referente ao Pregão Eletrônico PE 034-2023, para vossa análise e resposta.

O Pregão Eletrônico em referência fora publicado em 09 de maio de 2023, com abertura de propostas prevista para dia 22 de maio de 2023 às 08:00 h.

Conforme previsto no item do edital :

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

11.1. Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da licitação, por meio do email indicado no preâmbulo deste edital.

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 02 (dois) dias úteis.

11.1.2. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.


.....


11.8. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.

Segue em anexo Processo Administrativo 261/2023 na íntegra.

Estamos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Macaúbas - BA, 17 de Maio de 2023.


MARCO ANTONIO LIMA DE MEDEIROS
Pregoeiro

Recebido
17/05/23




DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUINTA-FEIRA
18 DE MAIO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 93

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

15/05/2023, 15:36

Gmail - MUNICÍPIO DE MACAÚBAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - dia 22/05/2023 às 08 h.



Marco Medeiros <pregoeiro.marco@gmail.com>

MUNICÍPIO DE MACAÚBAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 - dia 22/05/2023 às 08 h.

1 mensagem

Jean Maciel dos Santos Gomes <jean.gomes@onelaudos.com.br>

15 de maio de 2023 às 15:24

Para: "licitacao@macaubas.ba.gov.br" <licitacao@macaubas.ba.gov.br>, "pregoeiro.marco@gmail.com" <pregoeiro.marco@gmail.com>, "saudesetordecontratos@gmail.com" <saudesetordecontratos@gmail.com>
Cc: Layla Cassemiro Lino <layla.lino@onelaudos.com.br>

Olá, Boa tarde, tudo bom?

Gostaríamos de confirmar as seguintes informações:

1 - A contratada deve fornecer 01 CR ou 01 DR?

2 - A contratada pode disponibilizar impressora de papel couche ou obrigatoriamente deve ser uma Dry?

3 - Como a contratada será responsável pela adequação da infraestrutura e comunicação das redes internas, enquanto consultórios as imagens e laudos devem ser distribuídos?

At.te

JEAN GOMES
Licitações
+55 11 93335-1007
+55 11 4191-0588
onelaudos.com.br



<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6ddfcd1108&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1765985593164058339&simpl=msg-f:17659855931640...> 1/1



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUINTA-FEIRA
18 DE MAIO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 93

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

16/05/2023, 08:15

Locamail :: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023

Assunto: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023**
De: Jean Maciel dos Santos Gomes <jean.gomes@onelaudos.com.br>
Para: licitacao@macaubas.ba.gov.br <licitacao@macaubas.ba.gov.br>
Data: 12/05/2023 11:51



Olá, bom dia,

O edital fala: **6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO**
6.1. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado com a Licitante vencedora será de até 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e posterior publicação.

Porém no **ANEXO PROPOSTA DE PREÇOS**, ele fala 08 meses, qual devemos considerar?



JEAN GOMES

Licitações

+55 11 93335-1007
+55 11 4191-0588

onelaudos.com.br   





DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUINTA-FEIRA
18 DE MAIO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 93

Edição eletrônica disponível no site www.pmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
SECRETARIA DE SAÚDE



Processo n.º 261/2023

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2023

Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO Nº. 261/2023.

Trata-se de licitação para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada em Serviços de Laudos por teleradiologia de imagem especificamente laudos em Raio X Digital, com adequação das infraestruturas e comunicação de redes internas e web para usuários de rede de saúde do Município de Macaúbas, que necessitem de diagnósticos em situação eletiva, urgência e emergência na unidade de pronto atendimento – UPA 24 Hs.

JEAN MACIEL DOS SANTOS GOMES, pessoa física através de e-mail formalizado para Comissão de Licitação do Município, apresentou pedido de esclarecimento referente objeto do edital em epígrafe.

Preliminarmente, estando o referido pregão eletrônico marcado para o próximo dia 22 de maio de 2023, e tendo sido protocolizada apresentação de pedidos de esclarecimentos na data de 15 de maio de 2023, incontestável é sua tempestividade, uma vez que o licitante cumpriu o prazo temporal estabelecido em lei que prescreve que até três dias úteis antes da data prevista para a abertura das propostas, qualquer pessoa poderá pedir esclarecimentos ou até impugnar o edital.

Por tanto conforme acima narrado o fato, passemos a análise do pedido, bem como dos argumentos oferecidos pelo licitante conforme transcrição abaixo dos pontos questionados:

PONTO 1. A CONTRATADA DEVE FORNECER 01 CR OU 01 DR?

RESPOSTA: CR – Conversor Radiológico

Cassetes nos tamanhos 18 x 24, 24 x 30, 35 x 35 e 35 x 43.

Monitor de Tela Plana com no mínimo 17” polegadas e qualidade igual ou superior a 1280x1024 pixels (full hd). Suporte a imagens DICOM 3.0 para envio ao sistema de armazenamento.

Estação de Trabalho: Monitor de 19” e qualidade igual ou superior a 1280x1024 pixels (full hd). Gabinete com configurações mínima: Processador lançado no ano de 2018 em diante, 500GB de armazenamento SDD e 8GB de memória RAM. Gravador de CD/DVD, 01 teclado e 01 mouse óptico, ambos com conector padrão USB.



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUINTA-FEIRA
18 DE MAIO DE 2023
ANO III – EDIÇÃO Nº 93

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
SECRETARIA DE SAÚDE



PONTO 02. A CONTRATADA PODE DISPONIBILIZAR IMPRESSORA DE PAPEL COUCHE OU OBRIGATORIAMENTE DEVE SER EM DRY?

RESPOSTA: Fornecer em comodato Impressora de Películas (DRY)

Fornecer mensalmente o quantitativo necessário de películas de impressora DRY (química seca)
- Película 25x30 (10X12")

- Disponibilizar Nobreak Senoidal 3200VA, 1500W Bivolt, entrada 220V

PONTO 03. COMO A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DAS REDES INTERNAS, ENQUANTO CONSULTÓRIOS AS IMAGENS E LAUDOS DEVEM SER DISTRIBUÍDOS?

RESPOSTA: Adequação das infraestruturas e comunicação de redes internas e Web, com fornecimento de Link de Internet 2MB Full com IP Fixo, e distribuição das imagens nas estações de visualização da Unidade de Saúde, com instalação de Servidor de dados com a configuração Processador intel XEON E3; Memória RAM 16G; Placa mãe compatível com Socket; processadores de linha profissional; placa de vídeo GTX 1050 Ti D5 4G Placa gráfica para processamento da imagem do PACS; HD interno de 4TB; gabinete padrão; placa de rede de 100/1000; Windows 10 original.

(será conferida a configuração da máquina através da NF no momento da instalação pelo técnico da CONTRATADA);

Diante do exposto, encaminhamos respostas ao pedido de esclarecimento apresentado pelo licitante e essa Secretaria Municipal de Saúde opina pelo **PROSSEGUIMENTO**, devendo o processo licitatório seguir seu curso normal face a urgência de manutenção dos serviços e assistência aos usuários de saúde Macaúenses.

Macaúbas, 17 de maio de 2023.


Jacqueline Silva do Bomfim

Secretária Municipal de Saúde